



V Praze dne 27. května 2021

Č.j.: MZDR 21850/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 24. – 26. KVĚTNA 2021
(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: TERAPEUTICKÝ RTG PŘÍSTROJ - OBNOVA

Území (město/kraj): Ústí nad Labem / Ústecký kraj

Žadatel: Krajská zdravotní, a.s.

Adresa: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 16 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
předsedkyně komise



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova terapeutického hloubkového rentgenu, zařízení vysoké kvalitativní třídy pro nenádorovou radioterapii, která je nedílnou a požadovanou součástí poskytování zdravotní péče v Komplexním onkologickém centru Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. o.z.

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem ve spolupráci s onkologickým oddělením Nemocnice Chomutov v Krajské zdravotní, a.s. je jedním z patnácti komplexních onkologických center (KOC) v České republice. Tato centra tvoří páteřní síť onkologické péče v České republice a poskytují nejnovější a vysoce specializovanou dostupnou péči, která je v České republice schválená. Statut KOC obhájila Krajská zdravotní, a.s. v r. 2016 po splnění všech podmínek pro udržení tohoto statutu. Nenádorová radioterapie patří mezi požadovaná (Národním radiologickým standardem) pracoviště v rámci poskytování zdravotní péče v komplexních onkologických centrech a na onkologickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem má již historickou tradici (bezmála 50 let)

Hlavním důvodem obnovy hloubkového rentgenu je stáří současného přístroje T-200 (výrobce Wolf-Medizintechnik, dodavatel AMEDIS, spol s r.o.), který byl v KOC nainstalován v r. 2007 a jeho funkční možnosti již plně nevyhovují nynějšímu trendu. Doporučená životnost tohoto přístroje je 10 let, po uplynutí doporučené doby životnosti zároveň končí i možnost úplné záruky technické podpory ze strany dodavatele, např. dostupnost klíčových náhradních dílů, de facto z rezerv výrobce.

Komise žádost projednala již dne 25.2.2019 a obnovu terapeutického RTG přístroje doporučila.

