



V Praze dne 24. května 2021

Č.j.: MZDR 21850/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 24. – 26. KVĚTNA 2021  
(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj: SPECT (KARDIO) - OBNOVA*

*Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha*

*Žadatel: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze*

*Adresa: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2*

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 16 hlasů pro, 0 hlasů proti)*

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.  
předsedkyně komise



Odůvodnění:

*Jedná se o obnovu dvou stávajících planárních gamakamer a pořízení nového SPECT přístroje. Důvodem je překročení životnosti stávajících gamakamer GE Mediso MB9200 instalovaných v letech 2004 a 2011. Obě tyto technicky i morálně zastaralé gamamakamery budou nahrazeny kardioSPECT kamerou pro kardiologická vyšetření s vyšší obrazovou kvalitou a diagnostickou přesností. Současně dojde ke snížení radiační zátěže pacientů při nižších používaných aktivitách radiofarmak.*

*Komise žádost projednala již dne 12.9.2019 a obnovu přístroje doporučila.*

