



V Praze dne března 2021

Č.j.: MZDR 9174/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. ÚNORA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **DIGITÁLNÍ SKIAGRAFICKÝ RTG KOMPLET - OBNOVA**

Území (město/kraj): Brno / Jihomoravský kraj

Žadatel: **Fakultní nemocnice Brno**

Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Brno

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Na Klinice dětské radiologie se ročně provádí přibližně 9000 skiagrafických vyšetření. Stávající skiagrafický přístroj, na kterém nyní tato vyšetření provádíme bude v roce 2024 technicky i morálně zastaralý a pro udržení možnosti poskytovat tato vyšetření v potřebné kvalitě nutné pro diagnostiku patologických stavů v dětském věku je nutný nový digitální skiagrafický komplet. Přístroj je v nepřetržitém provozu.

Pořízením přístroje se podaří i nadále udržet kvalitu uvedených vyšetření na požadované úrovni, při snížení dávky ionizujícího záření nutného na pacienta.

Klinika dětské radiologie je unikátním superspecializovaným pracovištěm v ČR, zabývající se problematikou zobrazování patologických stavů v dětském věku. Tento přístroj umožní udržet a ještě zkvalitnit obrazovou dokumentaci nutnou pro úspěšnou diagnostiku a následnou terapii, jak konzervativní, tak i operační.

