



V Praze dne března 2021
Č.j.: MZDR 9174/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. ÚNORA 2021
(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **ENDOSKOPICKÁ VĚŽ S NBI - OBNOVA**

Území (město/kraj): Brno / Jihomoravský kraj

Žadatel: **Fakultní nemocnice Brno**

Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Brno

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Pracoviště ORL FN Brno provádí ročně asi 15 000 endoskopických zákroků, z toho asi 2 000 na operačních sálech a zbytek ambulantně. Endoskopické vybavení nemocnice je sice početné, přitom ale značně nevyvážené, velmi často jsou jednotlivé části navzájem nekompatibilní, některé méně používané díly mají stáří i 25 let a novější vybavení nedosahuje na současnou špičku v této oblasti.

Záměrem je získat komplexní endoskopické zařízení na současně špičkové úrovni, u kterého budou jednotlivé přístroje navzájem plně kompatibilní.

V současné době je důležité zachovat větší vzdálenost při vyšetřování či operativě mezi vyšetřujícím (operátorem) a pacientem. Snižuje se tak riziko nákazy a zvyšuje se přesnost diagnostiky zvýšením kvality zobrazení zkoumaného pole díky vyššímu rozlišení a unikátní technologii NBI (Narrow Band Imaging). Tato technologie pomáhá se včasným zachytem pacientů s karcinomem především v rhinologické a laryngeální oblasti.

