



V Praze dne března 2021

Č.j.: MZDR 9174/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. ÚNORA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **SKIASKOPICKÝ RTG PŘÍSTROJ 2 - OBNOVA**

Území (město/kraj): Brno / Jihomoravský kraj

Žadatel: **Fakultní nemocnice Brno**

Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Brno

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Klinika radiologie a nukleární medicíny úsek skiografie provádí Skiaskopická peroperační vyšetření na Centrálních operačních sálech ve Fakultní nemocnici Brno v Bohunicích a zajišťuje nepřetržitý provoz a dostupnost skiaskopických vyšetření.

Klinika radiologie a nukleární medicína je z největších poskytovatelů péče a z toho plyne vytíženost skiaskopických přístrojů a jejich velké opotřebení a nutná výměna. Stávající přístroj již přesahuje 10 leté období provozu a hrozí zvýšená frekvence poruch a tím znesnadnění dostupnosti skiaskopických vyšetření na operačních sálech.

