



V Praze dne března 2021

Č.j.: MZDR 9174/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. ÚNORA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj:* **ANGIOGRAFICKÝ PŘÍSTROJ - OBNOVA**

*Území (město/kraj):* Praha / Hlavní město Praha

*Žadatel:* **Fakultní nemocnice Královské Vinohrady**

*Adresa:* Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....  
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM  
předseda komise



Odůvodnění:

*Obnova komplexního angiografického zobrazovací systému za stávající dosluhující přístroj pořízený v roce 2008.*

*Stávající angiografický systém byl instalován v roce 2008 a v dnešní době již neodpovídá všeobecně doporučovaným standardům především co se týče dávky záření pro pacienta a zdravotnický personál. Nynější angiografický přístroj je technicky a morálně zastaralý a jeho morální životnost je již překonána. Přístroji taktéž v příštím roce končí servisní záruka na obměnu náhradních dílů, což může mít za následek náhlé a neopravitelné ukončení provozu. Pokud by k tomuto došlo, dojde k ukončení periferního intervenčního programu Kardiologické kliniky FNKV, která poskytuje tento typ péče spádové oblasti města Prahy, Středočeského kraje, Karlovarského kraje a spolupracujícím nemocnicím Ústeckého a Libereckého kraje s celkovým počtem obyvatel cca 1 mil. Ukončením provozu angiografického přístroje by taktéž ohrozilo program mozkových tromboemii v rámci akutních ischemických CMP, na kterých kardiologická klinika spolupracuje v rámci iktového programu a Komplexního cerebrovaskulárního centra FNKV s klinikou neurologickou a provádění výkonů pro kliniku kardiochirurgickou, hybridních výkonů cévně chirurgických a endovaskulárních výkonů v rámci komplexního traumatologického centra a podiatrické péče.*

