



V Praze dne        března 2021

Č.j.: MZDR 9174/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. ÚNORA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj:* **ANGIOGRAFICKÝ SYSTÉM KARDIOLOGICKÝ - OBNOVA**

*Území (město/kraj):* Plzeň / Plzeňský kraj

*Žadatel:* **Fakultní nemocnice Plzeň**

*Adresa:* **Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory**

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)*

Podpis předsedy komise

.....  
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM  
předseda komise



Odůvodnění:

*FN Plzeň je největší nemocnicí Plzeňského kraje a čtvrtou největší nemocnicí v České republice. FN Plzeň ve velkém rozsahu zajišťuje speciální ambulantní péči v kraji. Kardiologická klinika FN Plzeň - Lochotín poskytuje vysoce profesionální diagnostiku pacientům při kardiologických onemocněních. Pracoviště intervenční kardiologie Kardiologické kliniky FN Plzeň zajišťuje jako jediné v kraji nonstop provoz intervenčních výkonů pro léčbu akutního infarktu myokardu (tzn. pro spád přes 0,5 milionu obyvatel) a kromě jiného provádí ve stále narůstajících počtech katetrizační náhrady aortálních chlopní.*

*Intervenční kardiologie Kardiologické kliniky FN Plzeň disponuje pro provádění diagnostických a intervenčních výkonů dvěma pracovišti s angiografickými systémy:*

- AXIOM Artis zee floor - rok pořízení 2011
- AXIOM Artis dFC - rok pořízení 2008 (probíhá výměna přístroje)

*Systém AXIOM Artis zee floor bude od března 2021 nejstarší (10 let) a je nutno provést jeho obnovu za účelem udržení a prohloubení dosaženého standardu zákroků. Zdravotnická technika musí umožňovat maximální možnou zákrokovou úspěšnost a minimalizovat fyzickou zátěž pacientů. Požadované parametry mají splňovat soudobá kritéria, aby bylo možno zvýšit efektivitu zákroků s následným snížením radiační dávky pro pacienty i ošetřující personál.*

