



V Praze dne března 2021
Č.j.: MZDR 9174/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. ÚNORA 2021
(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: KARDIOANGIOGRAFICKÝ PŘÍSTROJ II - OBNOVA

Území (město/kraj): Brno / Jihomoravský kraj

Žadatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**

Adresa: Pekařská 53, 656 91 Brno

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu kardioangiografického přístroje v rámci srdeční elektrofyziologie - katétrizačních ablací. Nový přístroj bude vyměněn za starší typ, který je již na hranici technické životnosti. V případě poruchy stávajícího přístroje hrozí utlumení provozu na ½ kapacity, což by výrazně ohrozilo plánovanou i akutní péči na I. Interní kardioangiologické klinice (I.IKAK) FNUSA.

Stávající přístroj – „Kardioangiologický komplet Allura Xper FD10“, byl pořízen v roce 2010 jako vybavení nově vznikajícího elektrofyziologického sálu I.IKAK. Přístroj pracuje v denním režimu (2-3 výkony), přičemž jeho denní vytíženost přesahuje 8 hodin. Vzhledem k časově náročným výkonům, mezi které bezpochyby katétrizační ablace patří, je přístroj při svém používání značně opotřebováván. V posledních letech se přístroj potýká s častějšími servisními zásahy. Vzhledem ke stáří přístroje je zátěž ionizujícího záření na personál i pacienta značně vyšší nežli u stávajících moderních přístrojů. Pořízením nového přístroje by se významně zvýšila kvalita zobrazení, snížila radiační zátěž a zvýšila by se i diagnostická výtěžnost výkonů.

V případě nepořízení nového kardioangiografického přístroje hrozí v budoucnu technická odstávka stávajícího systému z důvodu absence náhradních dílů a tím pádem by hrozilo i přetížení druhého přístroje. Z tohoto důvodu by došlo ke zhoršení dostupnosti lékařské péče pro pacienty s plánovaným vyšetřením (výrazné navýšení čekací doby), ale i k omezení neodkladné péče pro pacienty v ohrožení života (incesantní komorové tachykardie, arytmiické bouře).

