



V Praze dne března 2021

Č.j.: MZDR 9174/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. ÚNORA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: ANGIOGRAFICKÝ SYSTÉM PRO KARDIOLOGII - OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: *Institut klinické a experimentální medicíny*

Adresa: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je schválení výměny angiografického zařízení pro intervenční kardiologii na Klinice kardiologie IKEM, Oddělení intervenční kardiologie. Jedná se o náhradu za stávající angiolinku instalovanou v roce 2011, která je od doby instalace v nepřetržitém provozu s ročním počtem přes 1200 provedených výkonů. Angiolinka slouží výhradně pro kardiologické aplikace, čemuž odpovídá její charakter (fixní instalace, velikost zesilovače 20x20 cm, vysoké rozlišení 1024x1024, archivace nálezů PACS/RASNA/NIS)

Požadovaná výměna angiografického zařízení je v souladu s předpokládanou maximální životností – po 10 letech non-stop provozu je technicky opotřebovaná, zobrazovací řetězec již vykazuje jasné známky degradace kvality zobrazení, narůstá počet servisních zásahů a provozních poruch včetně výrazného mechanického opotřebení. Přístroj se nachází v prostoru komplexu katetrizačních sálů a je provozně přizpůsoben pro provádění akutních výkonů (PCI u nemocných s akutním infarktem myokardu) v návaznosti na akutní příjem a intenzivní péči, jsou splněny všechny hygienické i jiné nároky na provoz takového zařízení. Pracoviště slouží jako superkonziliární centrum, kdy kromě pacientů ze spádové oblasti jsou prováděny i výkony s celorepublikovou působností.

