



V Praze dne března 2021

Č.j.: MZDR 9174/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. ÚNORA 2021
(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **MR- OBNOVA/UPGRADE**

Území (město/kraj): Klatovy / Plzeňský kraj

Žadatel: **Klatovská nemocnice, a.s.**

Adresa: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je upgrade MR Magnetom Avanto 1,5 T z roku 2011, který vlastní a provozuje Klatovská nemocnice, a.s.

Upgrade magnetické rezonance je nutným krokem pro zajištění kvalitní zdravotní péče, zkvalitnění diagnostiky a snížení čekací doby na vyšetření. Forma upgrade je velmi hospodárná a stavebně nenáročná. Dojde ke zvýšení technické úrovně přístroje a zajistí zvýšené kvalitativní požadavky diagnostiky a především zkrátí čas vyšetření až na 50%. Rovněž zkvalitní kompatibilitu softwaru s gradientním a RF systémem a RF cívkami. Zajistí optimalizovaný komfort pro imobilní a obézní pacienty. Snížení čekací doby zvýší dostupnost vyšetření pacientům tak, aby nedocházelo k prodlení v diagnózách a docházelo k rychlejšímu a adekvátnímu nastavení léčby.

