



V Praze dne března 2021

Č.j.: MZDR 9174/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. ÚNORA 2021  
(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj:* CT - OBNOVA

*Území (město/kraj):* Plzeň / Plzeňský kraj

*Žadatel:* **Mulačova nemocnice, s.r.o.**

*Adresa:* Dvořákova 17, 301 00 Plzeň

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)*

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM  
předseda komise



### Odůvodnění:

*Mulačova nemocnice je poskytovatelem akutní lůžkové péče v Plzeňském kraji. Mulačova nemocnice v roce 2019 byla zařazena do sítě páteřních nemocnic ČR. V současné době provozuje sedm lůžkových oddělení s celkem 173 lůžky. Je provozovatelem urgentního příjmu typu IIa) a disponuje vlastním radiodiagnostickým i laboratorním komplementem, vše v nepřetržitém režimu provozu 24/7. Jednotlivá oddělení zajišťují rovněž chod celkem 18 odborných ambulancí a poraden. Nemocnice poskytuje své zdravotní služby všem občanům Plzně a Plzeňského kraje bez omezení.*

*Radiodiagnostické oddělení Mulačovy nemocnice disponuje skiagrafií, skiaskopíí, výpočetní tomografií ( CT) a ultrasonografií. Péči poskytuje pacientům ze spádové oblasti Plzeňského kraje, Plzně a blízkého okolí. V některých oborech, např. v gynekologii a chirurgii pak i překračuje hranice kraje a poskytuje diagnostickou a operační péči pacientům např. z Karlovarska, Sokolovska nebo Chebska. Pro všechny tyto spádové oblasti poskytuje nemocnice zdravotní služby v nepřetržitém režimu. Důležitou součástí nemocnice je radiodiagnostické oddělení, které zajišťuje primárně své komplementární služby všem oddělením a ambulancím nemocnice a kooperujícím ambulantním specialistům mimo nemocnici.*

*Současné CT Siemens Somatom Emotion 16 bylo vyrobeno a prvoinstalováno v roce 2007 na RDG pracovišti mateřské nemocnice Privamed v Plzni, v roce 2015 pak bylo přesunuto do Mulačovy nemocnice. V současné době je tento přístroj již fyzicky i morálně zastaralý, navíc v loňském roce bylo společností Siemens oznámeno ukončení technické podpory k 31.12. 2021. Z výše uvedených skutečností vyplývá nutnost přístrojové obměny.*

