

V Praze dne března 2021
Č.j.: MZDR 9174/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. ÚNORA 2021
(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **SKIASKOPICKO-SKIAGRAFICKÁ SKLOPNÁ STĚNA –
OBNOVA**

Území (město/kraj): Plzeň / Plzeňský kraj

Žadatel: **Mulačova nemocnice, s.r.o.**

Adresa: Dvořákova 17, 301 00 Plzeň

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Mulačova nemocnice je poskytovatelem akutní lůžkové péče v Plzeňském kraji. V současné době provozuje sedm lůžkových oddělení s celkem 173 lůžky. Je provozovatelem urgentního příjmu typu IIa) a disponuje vlastním radiodiagnostickým i laboratorním komplementem, vše v nepřetržitém režimu provozu 24/7. Jednotlivá oddělení zajišťují i chod celkem 18 odborných ambulancí a poraden. Nemocnice poskytuje své zdravotní služby všem občanům Plzně a Plzeňského kraje bez omezení. Radiodiagnostické oddělení Mulačovy nemocnice disponuje skiagrafií, skiaskopíí, výpočetní tomografií (CT) a ultrasonografií.

Současný skiaskopicko-skiagrafičtý přístroj Philips Duodiagnost je v nemocnici instalován od roku 2005 a zajišťuje část skiagrafičtých vyšetření a dále celé spektrum skiaskopických vyšetřovacích metod. Tento přístroj již v mnoha ohledech nevyhovuje požadavkům dnešních vyšetřovacích metod, navíc společnost Philips oznámila ukončení servisní podpory tohoto přístroje již k počátku roku 2020.

