



V Praze dne        března 2021

Č.j.: MZDR 9174/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. ÚNORA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj: CT - OBNOVA*

*Území (město/kraj): Ostrava / Moravskoslezský kraj*

*Žadatel: Nemocnice AGEL, a.s., Ostrava - Vítkovice*

*Adresa: Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava - Vítkovice*

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)*

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM  
předseda komise



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Odůvodnění:

*Jedná se o obnovu CT — počítačového tomografu, který by měl nahradit stávající zařízení po amortizační době. Jedná se o obměnu stávajícího zařízení bez nároku na zvýšení příjmů od zdravotních pojišťoven. Jde o nutné technické vybavení pro pacienty tohoto ZZ, pro pacienty celého Ostravska i dalšího okolí. Multislice celotělový CT skener nejvyšší kategorie s možností akvizice minimálně 256 současně snímaných řezů na jednu rotaci 360°. Součástí dodávky přístroje bude dále injektor kontrastní látky a fyziologického roztoku, elektro rozváděč, technologický projekt.*

*Nový přístroj nahradí stávající počítačový tomograf CT Ingenuity Core, od firmy Philips Česká republika s.r.o., z roku 2013 stáří 8 let, kde již končí amortizační doba a přestane být garantována dostupnost náhradních dílů.*

