



V Praze dne března 2021

Č.j.: MZDR 9174/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. ÚNORA 2021
(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **SKIASKOPICKO-SKIAGRAFICKÝ KOMPLET
S C-RAMENEM – OBNOVA**

Území (město/kraj): Ostrava / Moravskoslezský kraj

Žadatel: **Nemocnice AGEL, a.s., Ostrava – Vítkovice**

Adresa: **Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava - Vítkovice**

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Odůvodnění:

Jedná se o obnovu multifunkčního skiaskopicko-skiagrafického zařízení s C-ramenem, které by mělo nahradit stávající zařízení po amortizační době bez servisní podpory. Jedná se o obměnu stávajícího zařízení bez nároku na zvýšení příjmů od zdravotních pojišťoven. Jde o nutné technické vybavení pro pacienty tohoto ZZ, pro pacienty celého Ostravska i dalšího okolí. Jedná se o univerzální jednorovinný skiaskopicko-skiagrafický multifunkční komplet s maximálním rozsahem pohybu, plochým detektorem a plnou digitalizací obrazu určené pro diagnostiku a intervence na vaskulárním a nevaskulárním systému, ERCP, skiaskopická vyšetření trávicího traktu a jiných výkonů v rozsahu od hlavy po dolní končetiny.

Nový přístroj nahradí stávající multifunkční skiaskopickoskiagrafické zařízení Multi Diagnost Eleva FD, od firmy Philips Česká republika s.r.o., z roku 2009 stáří 11 let, kde již není garantována dostupnost náhradních dílů a byla ukončena servisní podpora.

