



V Praze dne března 2021

Č.j.: MZDR 9174/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. ÚNORA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **ANGIO SYSTÉM PRO KARDIOLOGII - OBNOVA**

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Nemocnice Na Homolce**

Adresa: **Roentgenova 37, 150 00 Praha 5**

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu angiografického systému. Nový systém nahradí angiografický systém Siemens AXIOM Artis dFCM, který byl v Nemocnici Na Homolce instalován v roce 2007 a je již v současné době morálně a technicky zastaralý. Od konce roku 2019 byla ze strany výrobce ukončena jeho servisní podpora.

Současný angiografický přístroj AXIOM Artis dFCM byl instalován v Multifunkčním katetrizačním pracovišti Nemocnice Na Homolce a uveden do provozu v roce 2007. Vzhledem ke stárnutí vakuových prvků a ukončení servisní podpory ze strany výrobce (prosinec 2019) a tím spojené nedostupnosti náhradních dílů, požádala nemocnice o schválení obnovy tohoto přístroje. V případě poruchy není dodavatel schopný garantovat opravitelnost přístroje a v krajním případě by uvedené znamenalo jeho trvalé odstavení z provozu. Toto by mělo ekonomický dopad na oddělení kardiologie a celou NNH.

