



V Praze dne března 2021

Č.j.: MZDR 9174/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. ÚNORA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **MAMOGRAF – OBNOVA**

Území (město/kraj): Nové Město na Moravě / Kraj Vysočina

Žadatel: **Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.**

Adresa: Žďárská ul. 610, 592 31 Nové Město na Moravě

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Součástí poskytovaných zdravotních služeb Nemocnice Nové Město na Moravě je péče diagnostická, preventivní, dispenzární, léčebná, ošetrovatelská, léčebně rehabilitační, paliativní, lékárenská a klinickofarmaceutická. V současné době disponuje 465 lůžky akutní a následné péče. Díky splnění podmínek pro poskytování cerebrovaskulární péče byl nemocnici udělen od roku 2012 statut lktového centra.

Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. má své nezastupitelné a pevné místo v síti zdravotnických zařízení Kraje Vysočina (v roce 2019 byl počet ambulantních vyšetření - 224 000, počet hospitalizovaných pacientů - 19 052).

Spádovou oblastí nemocnice je okres Žďár nad Sázavou. V posledních letech byla z velké části rekonstruována a je moderně přístrojově vybavena. Má lůžková oddělení, ale i velké množství odborných ambulancí.

Radiologické oddělení nemocnice má čtyři pracoviště - rentgenové (RTG), ultrazvukové (UZ), výpočetní tomografie (CT), mamografické (MG) a od roku 2016 také pracoviště magnetické rezonance (MR). Každoročně provádí široké spektrum vyšetření pro 25 tisíc pacientů. Kromě vyšetřovacích metod provádí pod kontrolou přístrojů i drobné intervenční zákroky. Jako jedno z prvních pracovišť v ČR (2002) bylo akreditováno k výkonům screeningové mamografie.

Stávající mamografický přístroj Hologic Dimension byl pořízen v roce 2016. Jde o jediný přístroj v nemocnici tohoto typu, který je využíván pro potřeby nemocnice a spádového území.

Důvodem pro pořízení nového přístroje je nutnost výměny mamografického přístroje pro provádění mamografického screeningu po 8 letech provozu.

