



V Praze dne března 2021

Č.j.: MZDR 9174/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. ÚNORA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj: CT - OBNOVA*

*Území (město/kraj): Benešov / Středočeský kraj*

*Žadatel: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s*

*Adresa: Máchova 400, 256 01 Benešov*

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)*

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM  
předseda komise



Odůvodnění:

*Nemocnice Benešov je jednou z pěti páteřních nemocnicí středočeského kraje (435 lůžek – 11 lůžkových oddělení, 35 ambulancí). Spádová oblast je cca 100-150 tis. Obyvatel. Počet pacientů ambulantních v roce 2020 byl 138.999; počet pacientů hospitalizovaných v roce 2020 byl 11.778 a počet CT vyšetření v roce 2020 byl 8012.*

*Současný přístroj je fyzicky zastaralý a na hranici životnosti. Vykazuje známky značného opotřebení výpočetního a detekčního systému a také některých mechanických součástí.*

*Nový přístroj umožní zachování dostupnosti vyšetření tohoto typu, modernější technologické vybavení, širší diagnostické nastavení přístroje, kratší dobu vyšetření a tím možnost zvýšení komfortu vyšetření pro pacienty.*

