



V Praze dne března 2021

Č.j.: MZDR 9174/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. ÚNORA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: MR 1,5T - OBNOVA

Území (město/kraj): Benešov / Středočeský kraj

Žadatel: *Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s*

Adresa: Máchova 400, 256 01 Benešov

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu přístroje magnetické rezonance 1,5 T. Nemocnice jej považuje za zcela nezbytný pro provoz zdravotnického zařízení svého typu, velikosti a spádové oblasti.

Současný přístroj je na hranici životnosti a jeho další udržování generuje vysoké přímé náklady na servis a nepřímé náklady za odstávky v provozu, které navíc pro nemocnici této velikosti jsou značně rizikové. Od nového MRI přístroje nemocnice očekává modernější technologické vybavení, širší diagnostické nastavení přístroje, kratší dobu vyšetření a tím možnost zvýšení množství vyšetření. MRI vyšetření jsou stále častěji ordinována, jsou stále častěji zařazována do diagnostických algoritmů.

