



V Praze dne března 2021

Č.j.: MZDR 9174/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. ÚNORA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: CT - OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: Ústřední vojenská nemocnice

Adresa: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu multidetektorového CT pro RDG oddělení využívané v rámci Ustřední vojenské nemocnice Praha.

Stávající CT přístroj je z důvodu závady dlouhodobě mimo provoz, dodavatel není schopen zaručit dodávku všech náhradních dílů a tím servis zařízení. Aktuálně u tohoto přístroje zaznamenáváme sérii závažných poruch, které se servisní organizaci Philips nedaří dlouhodobě odstranit, a přístroj tak není funkční, případně je jeho provoz velmi nespolehlivý. Přístroj používán pro pacienty komplexního cerebrovaskulárního centra, Traumacentra i Kardiocentra a využit pro COVID 19 pacienty v těžkém stavu, tedy vyžadována spolehlivost a funkčnost zařízení.

Přístroj je primárně určen pro kompletní diagnostiku pacientů všech odborností. V režimu 7/24 dominantně pro pacienty v akutním stavu, hlavně s centrální mozkovou příhodou, tedy s možností angiografických vyšetření mozku a s možností perfuzního vyšetření mozku v celém objemu. Je požadován přístroj s co nejmenším časovým rozlišením a současně s nízkou radiační zátěží pro pacienta. Požadován je tedy přístroj vyšších parametrů, než stávající, aby splnil veškeré klinické i organizační nároky. Nutný průměr gantry nad 70 cm, nosnost stolu min. 250 kg.

