



V Praze dne března 2021

Č.j.: MZDR 9174/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. ÚNORA 2021
(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **MIMOTĚLNÍ OBĚH 2KS - OBNOVA**

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Všeobecná fakultní nemocnice**

Adresa: **U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2**

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je souhlas s pořízením 2 ks mimotělního oběhu pro II. chirurgickou kliniku kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně následného poskytování servisního zabezpečení po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (předpokládá se 10let). Jedná se o obnovu přístrojů Stockert SIII, výrobce Lina Nova.

V případě MO Stockert SIII, výrobní číslo 43S2557; i.č.MI 1/29990, výrobce Lina Nova se jedná o opětovné doporučení obnovy přístroje (souhlasné stanovisko k obnově bylo vydáno 12. 9. 2019).

V průběhu roku 2021 končí servisní podpora 2 stávajících přístrojů pro mimotělní oběh. Z tohoto důvodu je předmět žádosti nezbytný zajištění chodu operačních sálů na II. chirurgické klinice.

Přístroj pro mimotělní oběh (MO) zajišťuje extrakorporální cirkulaci krve při rutinní, každodenní operativě u všech typů kardiochirurgických výkonů na zavřeném a otevřeném srdci. Jedná se o přístrojový systém, suplující v časovém horizontu minimálně 6 hod. mechanickou práci srdečního svalu a difuzní funkci plicního parenchymu. Průměrný roční počet výkonů s využitím MO na klinice je 300 na jednom přístroji.

