



V Praze dne března 2021

Č.j.: MZDR 9174/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. ÚNORA 2021
(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **SKIAGRAF PRO I.IK - OBNOVA**

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Všeobecná fakultní nemocnice**

Adresa: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu stacionárního skiagrafického RTG zařízení s nejvyšším výkonem pro špičkové pracoviště. Systém odpovídající aktuálním medicínským a diagnostickým metodám a požadavkům umožňující zajištění standardní i specializované diagnostiky, s adekvátním rozsahem režimů, v souladu s požadavky medicínské odbornosti zaměřené na diagnostiku a zobrazovací metody.

Vyšetřování na přístroji bude zahrnovat celé spektrum indikací k vyšetření v rámci všech medicínských oborů, bude využíván pro minimálně uvedené výkony a aplikace: veškerá skiagrafická vyšetření pro ambulantní i hospitalizované pacienty snímkování hrudníku a břicha, snímkování páteře, snímkování velkých kloubů a drobných kloubů včetně speciálních projekcí, lbi, a obličejového skeletu včetně paranazálních dutin.

Jde o obměnu stávajícího, již zastaralého a poruchového přístroje, který je vyroben v roce 2002. Na pracovišti dochází ke snímkování vysokého počtu pacientů, zejména s hematologickými malignitami, na které se specializuje I. Interní klinika VFN, která spadá do onkologického centra VFN. Je nutná modernizace pracoviště pro bezproblémový chod kliniky.

