



V Praze dne 29. března 2021

Č.j.: MZDR 12854/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. BŘEZNA 2021
(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT) - OBNOVA

Území (město/kraj): Ústí nad Labem / Ústecký kraj

Žadatel: EUC Klinika Ústí nad Labem, s.r.o.

Adresa: Masarykova 2000/92, 400 01 Ústí nad Labem

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 15 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise





Odůvodnění:

Radiodiagnostické oddělení EUC Kliniky Ústí nad Labem provádí diagnostická vyšetření a terapeutické výkony pro spádovou oblast části Ústeckého kraje. Požadovaný CT přístroj je určený pro všechny standardní typy vyšetření: CT vyšetření hlavy nebo těla nativní a kontrastní, CT vyšetření bez použití kontrastní látky do 30 skenů, CT vyšetření bez použití kontrastní látky nad 30 skenů, CT vyšetření kteréhokoliv orgánu nebo oblasti s aplikací kontrastní látky intravazálně, případně intrathekálně nebo intraventriculárně, CT vyšetření těla s podáním kontrastní látky per os nebo per rectum. Na novém přístroji budou zachovány stávající typy vyšetření, avšak dojde ke zvýšení flexibility a diagnostické kvality. Stávající přístroj je již technicky i morálně zastaralý (v provozu od r. 2011) a vykazuje vyšší poruchovost. Současně také nevyhovuje aktuálním požadavkům na snížení radiační zátěže. Proto společnost žádá o obměnu přístroje v základních parametrech – 128 slice, low dose protokoly, v rámci uvažovaného screeningového vyšetření plic rizikové populace. CT přístroj bude umístěn v přízemí budovy B na shodném místě jako stávající.

