



V Praze dne 29. března 2021

Č.j.: MZDR 12854/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **ANGIOGRAFICKÝ RTG PŘÍSTROJ** - OBNOVA

Území (město/kraj): České Budějovice / Jihočeský kraj

Žadatel: **Nemocnice České Budějovice, a.s.**

Adresa: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 15 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu morálně a technicky zastaralého přístroje z roku 2002 na radiodiagnostickém pracovišti. U stávajícího přístroje již došlo k opotřebení HW, generátoru a mechanických částí přístroje. Opakovaně došlo k závažným poruchám a nákladným opravám, což výrazně komplikuje zajištění neodkladných neurointervencí zejména pro pacienty cerebrovaskulárního centra.

