



V Praze dne 29. března 2021

Č.j.: MZDR 12854/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 1,5T)** - OBNOVA

Území (město/kraj): České Budějovice / Jihočeský kraj

Žadatel: **Nemocnice České Budějovice, a.s.**

Adresa: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 15 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o obměnu přístroje z roku 2009 za nový moderní přístroj s bezodpadovou technologií, splňující požadavky kladené klinickou medicínou zejména na kvalitu zobrazení, rychlost vyšetření a dostupnost moderních SW aplikací.

U stávajícího přístroje již došlo k opotřebení gradientního systému, včetně mechanických částí přístroje. Opakovaně dochází k úniku helia z neidentifikovaných příčin. Nový MR 1,5T skener umožní dosažení kratších vyšetřovacích časů a zkrácení čekacích dob na elektivní vyšetření. Pro urgentní stavy bude přístroj k dispozici v režimu 24/7.

