



V Praze dne 29. března 2021

Č.j.: MZDR 12854/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **PLÁNOVACÍ A VERIFIKAČNÍ SYSTÉM
+ 2 KS LINEÁRNÍCH URYCHLOVAČŮ – OBNOVA/UPGRADE**

Území (město/kraj): České Budějovice / Jihočeský kraj

Žadatel: **Nemocnice České Budějovice, a.s.**

Adresa: **B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice**

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 15 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o modernizaci (upgrade) dvou lineárních urychlovačů a upgrade (doplnění) verifikačního a plánovacího systému. U stávajícího HW vybavení verifikačního a plánovacího systému bude ukončena servisní podpora (04/2021). Z hlediska plánování radioterapie dojde k navýšení efektivity celého procesu a umožní zvýšení přesnosti a bezpečnosti ozáření pacientů. Současně dojde k upgrade lineárních urychlovačů TrueBeam z verze 2.5 na 2.7 a upgrade CBCT na iCBCT.

