



V Praze dne 29. března 2021

Č.j.: MZDR 12854/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. – 28. BŘEZNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj:* **SKIASKOPICKO-SKIAGRAFICKÝ RTG PŘÍSTROJ**  
- OBNOVA

*Území (město/kraj):* České Budějovice / Jihočeský kraj

*Žadatel:* **Nemocnice České Budějovice, a.s.**

*Adresa:* B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 15 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM  
předseda komise



Odůvodnění:

*Jedná se o obnovu přístroje z roku 2005 na radiodiagnostickém pracovišti. U stávajícího přístroje již došlo k opotřebení HW, generátoru a mechanických částí přístroje. Nový přístroj umožní zvýšit kvalitu zobrazení a dojde ke snížení radiační zátěže.*

