



V Praze dne 11. listopadu 2020

Č.j.: MZDR 47754/2020/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. ŘÍJNA 2020

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: VYBAVENÍ HYBRIDNÍHO OPERAČNÍHO SÁLU - OBNOVA

Území (město/kraj): Brno / Jihomoravský kraj

Žadatel: *Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie
Brno*

Adresa: Pekařská 664/53, 656 91 Brno

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 20 hlasů pro, 0 proti, 1 nehlasoval)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
předseda komise



Odůvodnění:

Stávající vybavení hybridního operačního sálu je v CKTCH využíváno již od roku 2008 a angiografický přístroj začíná vykazovat vyšší poruchovost. Odstranění poruch je finančně náročné. V letech 2018-2020 zaplatil žadatel za provedení servisu celkem cca 3,5 mil. Kč. Nebude zapotřebí nového zaškolení obsluhy a bude zachován jednotný spotřební materiál.

Za 12 roků činnosti není kvalita vyšetření už na současné úrovni a nákupem nového zařízení se zvýší i bezpečnost zaměstnanců a pacientů z důvodu nižšího periprocedurálního záření.

Žadatel:

CKTCH Brno

Přístrojové zařízení:

hybridní operační sál

Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%

Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%

Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS

	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad			20	20	0	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládán počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	80	0
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

