



V Praze dne 11. listopadu 2020

Č.j.: MZDR 47754/2020/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. ŘÍJNA 2020

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 1,5T) - OBNOVA**

Území (město/kraj): Ostrava / Moravskoslezský kraj

Žadatel: **Fakultní nemocnice Ostrava**

Adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 20 hlasů pro, 0 proti, 1 nehlasoval)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu přístroje MR 1,5T Magnetom Essenza, Siemens z roku 2010. Důvodem obnovy přístroje je vybavení odborného medicínského pracoviště adekvátním systémem, který odpovídá aktuálním medicínským metodám a požadavkům a zkvalitní diagnostické a aplikační možnosti přístroje. Ve FN Ostrava jsou hospitalizováni a vyšetřováni pacienti z celého regionu Moravskoslezského kraje s diagnózou polytraumatu, těžkých multiorgánových onemocnění,

Žadatel:		Fakultní nemocnice Ostrava				
Přístrojové zařízení:		magnetická rezonance (MR 1,5T)				
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%		3 954	4 349			
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%		17749046	19 523 951			
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS		6,9				
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit	1		15	15	0	15
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	65	35
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

