



V Praze dne 11. listopadu 2020

Č.j.: MZDR 47754/2020/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. ŘÍJNA 2020

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj:* LITOTRYPTOR - OBNOVA

*Území (město/kraj):* Zlín / Zlínský kraj

*Žadatel:* *Krajská nemocnice T. Bati, a.s.*

*Adresa:* *Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín*

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 20 hlasů pro, 0 proti, 1 nehlasoval)*

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.  
předseda komise



Odůvodnění:

Životnost současně používaného přístroje MEDILIT, firmy MEDIPO Brno z roku 2006 je u konce, jak mechanické části, tak zejména rtg přístroj jsou již výrazně opotřebovány a zejména přesné zaměření močových konkrementů (kamenů) není možné. Vzhledem ke stáří přístroje není možné zaručit již jeho spolehlivý provoz a přístroj již není schopen plnit původní funkci při dodržení zákonných bezpečnostních podmínek. Přístrojem pro neinvazivní léčbu močových kamenů nemocnice poskytuje superkonziliární léčbu pro celý Zlínský kraj i sousedící oblasti.

Žadatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín					
Přístrojové zařízení:	litotryptor					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%						
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS						
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad			20	20	0	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	80	0
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

