



V Praze dne 11. listopadu 2020

Č.j.: MZDR 47754/2020/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. ŘÍJNA 2020

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj:* MOBILNÍ INTRAOPERATIVNÍ RTG ZOBRAZOVACÍ  
SYSTÉM - OBNOVA

Území (město/kraj): Zlín / Zlínský kraj

*Žadatel:* Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

*Adresa:* Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 20 hlasů pro, 0 proti, 1 nehlasoval)

Podpis předsedy komise

.....  
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.  
předseda komise



### Odůvodnění:

Obměna současného nevyhovujícího vybavení je nutná k zachování možnosti poskytovat zdravotní péči v oblasti spondylochirurgie na požadované úrovni ve Zlínském kraji.

Obnova stávajícího přístroje za nový by měla být realizována v letošním roce. Kvalita zobrazení novým zobrazovacím systémem usnadní zákroky v obtížně zobrazitelných a anatomicky složitých oblastech páteře jako jsou oblasti C1/C2 a C/Th přechodu páteře. Pořízení uvedeného intraoperativního mobilního RTG systému umožní dále rozšířit spektrum miniinvazivních operačních zákroků, zkrátit operační dobu, minimalizovat možnost iatrogenního poškození pacientů a redukovat radiační zátěž. Neurochirurgické oddělení již disponuje neuronavigačním systémem BrainLab, který je připravený k integraci poptávaného mobilního RTG zobrazovacího systému a je schopen využít efektivně generovaná zobrazovací data.

Žadatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín					
Přístrojové zařízení:	mobilní intraoperativní zobrazovací systém					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%						
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS						
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad			20	20	0	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	80	0
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

