



V Praze dne 11. listopadu 2020

Č.j.: MZDR 47754/2020/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. ŘÍJNA 2020

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: SKIAGRAFICKÝ RTG PŘÍSTROJ - OBNOVA

Území (město/kraj): Liberec / Liberecký kraj

Žadatel: *Krajská nemocnice Liberec, a.s.*

Adresa: Husova 357/10, 460 01 Liberec

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 20 hlasů pro, 0 proti, 1 nehlasoval)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
předseda komise



Odůvodnění:

Krajská nemocnice Liberec má čtyři specializovaná akreditovaná centra - **Kardiocentrum, Komplexní onkologické centrum, Neurocentrum**, jehož součástí je i **Komplexní cerebrovaskulární centrum a Traumatologicko-ortopedické centrum**. Tato centra poskytují vysoce specializovanou péči pro pacienty nejenom ze spádové oblasti Libereckého kraje, ale i pacientům ze širší spádové oblasti především ze Středočeského, Královehradeckého anebo Ústeckého kraje.

V současné době je Radiodiagnostické oddělení KNL a.s. vybaveno třemi skiagrafickými přístroji a jednou skiagraficko-skiaskopickou stěnou. Aktuálně je potřeba obměnit přístroj Philips Digital Diagnost, instalovaný v roce 2009. Přístroj je fyzicky i morálně zastaralý. Stávající přístroj je využíván v nepřetržitém provozu s plnou vytižeností v době 7:00-16:00 hodin, v době od 16:00 do 7:00hod je přístroj plně k dispozici v rámci ÚPS. Lékaři i sestry jsou k dispozici 24/365.

Žadatel:

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Přístrojové zařízení:

skiagrafický RTG přístroj

Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%

Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%

Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS

	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad			20	20	0	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit	1		15	15	0	15
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR			15	15	0	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	50	15
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

