



V Praze dne 11. listopadu 2020

Č.j.: MZDR 47754/2020/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. ŘÍJNA 2020

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: LITOTRYPTOR - OBNOVA

Území (město/kraj): Nový Jičín / Moravskoslezský kraj

Žadatel: Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

Adresa: Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 20 hlasů pro, 0 proti, 1 nehlasoval)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
předseda komise



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je náhrada současného zcela dosluhujícího, nefunkčního a technicky již nevyhovujícího přístroje z roku 1984. Efekt bude zároveň ve zlepšení vyšetřovacího komfortu, zkvalitnění diagnostiky, rozšíření vyšetřovacího spektra. Modernější přístroj bude mít také pozitivní dopad na rychlost vyšetření.

Žadatel:	Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.					
Přístrojové zařízení:	litotryptor					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%						
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS						
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad			20	20	0	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR		1	15	15	0	15
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	65	15
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

