



V Praze dne 11. listopadu 2020

Č.j.: MZDR 47754/2020/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. ŘÍJNA 2020

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: MAGNETICKÁ REZONANCE (MR min. 1,5T) - OBNOVA

Území (město/kraj): Nový Jičín / Moravskoslezský kraj

Žadatel: Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

Adresa: Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 20 hlasů pro, 0 proti, 1 nehlasoval)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
předseda komise



Odůvodnění:

Důvodem pro pořízení nové MR je náhrada současného dosluhujícího a technicky již nevyhovujícího přístroje Magnetom Avanto, Siemens z roku 2011. Obnova umožní též zlepšení vyšetřovacího komfortu, zkvalitnění diagnostiky a rozšíření vyšetřovacího spektra. Modernější přístroj bude mít také pozitivní dopad na rychlost vyšetření jako takovou. Výsledkem tedy bude technologicky a medicínsky lepší přístroj, který bude dostupný pro poskytování zdravotní péče obyvatelům Novojičínského regionu.

Žadatel:		Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.				
Přístrojové zařízení:		magnetická rezonance (MR 1,5T)				
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%		3 954	4 349			
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%		17749046	19 523 951			
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS		6,9				
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit	1		15	15	0	15
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	65	35
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

