



V Praze dne 11. listopadu 2020

Č.j.: MZDR 47754/2020/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. ŘÍJNA 2020

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj: PET / CT - OBNOVA*

*Území (město/kraj): Nový Jičín / Moravskoslezský kraj*

*Žadatel: Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.*

*Adresa: Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín*

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 20 hlasů pro, 0 proti, 1 nehlasoval)*

Podpis předsedy komise

.....  
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.  
předseda komise



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova přístroje PET – CT Biograph mCT, Siemens z roku 2011, který je technicky a morálně zastaralý. Obnovou dojde ke zlepšení vyšetřovacího komfortu, zkvalitnění diagnostiky, rozšíření vyšetřovacího spektra, snížení radiačního záření a tedy ke zlepšení radiační hygieny jak pro pacienta, tak pro ošetřující personál. Modernější přístroj bude mít také pozitivní dopad na rychlost vyšetření.

Žadatel:		Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.					
Přístrojové zařízení:		PET/CT					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%		1408	1548,8				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%		20434132	22477545				
Počet PET/CT + PET na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS		0,8					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne	
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0	
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0	
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	20	20	0	20	
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit	1		15	15	0	15	
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0	
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní				
			100	100	65	35	
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO						
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA						
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO						

