



V Praze dne 11. listopadu 2020

Č.j.: MZDR 47754/2020/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. ŘÍJNA 2020  
(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj:* **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 1,5T) - OBNOVA**

*Území (město/kraj):* Jablonec nad Nisou / Liberecký kraj

*Žadatel:* **Nemocnice Jablonec nad Nisou, příspěvková  
organizace**

*Adresa:* **Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou**

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 20 hlasů pro, 0 proti, 1 nehlasoval)*

Podpis předsedy komise

.....  
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.  
předseda komise



### Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obměna přístroje MR Achieva dStream z roku 2009 (upgrade 2017). Důvodem je fyzická a morální zastaralost stávajícího přístroje. Celkem je ročně vyšetřeno více než 6 300 pacientů. U přístroje již došlo k výraznému opotřebení gradientního systému, chlazení a vzduchotechniky, včetně některých mechanických součástí přístroje. To se projevuje zvýšenou poruchovostí a postupně by došlo k výraznému poklesu kvality zobrazení.

Pracoviště poskytuje nejen základní vyšetření, ale ve velké míře se zaměřuje na vyšetření srdce, včetně zátěžového vyšetření, funkční vyšetření mozku a traktografie, spektroskopie mozku či prostaty, vyšetření veškerých orgánů břicha a pánve, mamologická vyšetření, celotělové vyšetření onkologických pacientů, .....

Žadatel:	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.					
Přístrojové zařízení:	magnetická rezonance (MR 1,5T)					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	3 954	4 349				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%	17749046	19 523 951				
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	6,9					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	75	25
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

