



V Praze dne 11. listopadu 2020

Č.j.: MZDR 47754/2020/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. ŘÍJNA 2020

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj:* VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT) - OBNOVA

*Území (město/kraj):* Jablonec nad Nisou / Liberecký kraj

*Žadatel:* **Nemocnice Jablonec nad Nisou, příspěvková  
organizace**

*Adresa:* Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 20 hlasů pro, 0 proti, 1 nehlasoval)

Podpis předsedy komise

.....  
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.  
předseda komise



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obměna stávajícího přístroje iCT Brilliance, Siemens z roku 2015. Důvodem je jeho fyzická zastaralost. Přístroj je využíván v nepřetržitém provozu při průměrném počtu 20-30 objednaných pacientů denně plus vyšetření ve statimovém režimu. Celkem je ročně vyšetřeno více než 9 000 pacientů, což nese značné nároky na stabilitu a výkon přístroje. Mechanicky již došlo k výraznému opotřebení výpočetního a detekčního systému a některých mechanických součástí přístroje, což se projevuje zvýšenou poruchovostí přístroje.

Žadatel:		Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.				
Přístrojové zařízení:		výpočetní tomografie (CT)				
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%		4 642	5 106			
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS		14,1				
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	75	25
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

