



V Praze dne 11. listopadu 2020

Č.j.: MZDR 47754/2020/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. ŘÍJNA 2020

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT) - OBNOVA

Území (město/kraj): Jindřichův Hradec / Jihočeský kraj

Žadatel: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Adresa: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 20 hlasů pro, 0 proti, 1 nehlasoval)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
předseda komise



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova CT scanneru Brilliance 64, Siemens, který byl zakoupen v roce 2010 a je za hranicí své životnosti.

Z mechanického hlediska vykazuje přístroj vysoký stupeň opotřebení ložisek v rotační části gantry. Vůle v uložení mechanismu naklápění gantry je i po seřízení na limitu doporučení výrobce. Mechanický pohon patientského stolu také jeví známky vysokého opotřebení odpovídající počtu vyšetřených pacientů. Uvedená mechanická opotřebení není možno opravit výměnou dílů, či seřízením v místě současné instalace. Zařízení v poslední době vykazuje nárůst intermitentních závad z důvodu poškozené kabeláže v přístroji. Obrazová kvalita snímků je na spodním limitu tolerance předepsané výrobcem. Vylepšení kvality obrazu a zrychlení doby rekonstrukce pomocí úpravy zobrazovacího řetězce již není dále možné z důvodu morálního zastarání použité technologie a komponentů. K 31.12.2021 bude pro výše uvedený přístroj ukončena podpora ze strany výrobního závodu.

Žadatel:	Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.					
Přístrojové zařízení:	výpočetní tomografie (CT)					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	4 642	5 106				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	14,1					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládán počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	55	45
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

