



V Praze dne 11. listopadu 2020

Č.j.: MZDR 47754/2020/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. ŘÍJNA 2020

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: SKIASKOPICKO-SKIAGRAFICKÝ KOMPLET - OBNOVA

Území (město/kraj): Chrudim / Pardubický kraj

Žadatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Adresa: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 proti, 1 nehlasoval, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
předseda komise



Odůvodnění:

Nemocnice provozovala do května 2020 skiaskopicko – skiagrafický komplet Shimadzu Flexavision, výrobce Shimadzu Corporation. Při provádění naplánovaných testů došlo k poruše přístroje, jejíž odstranění je nerentabilní a neekonomické. Přístroj byl uvedený do provozu v říjnu 2009, technicky a morálně je již zastaralý k poskytování diagnosticky.

Jedná se o náhradu zastaralého RTG systému za moderní, rychlý a výkonný skiaskopicko – skiagrafický komplet umožňující provádět jak kompletní skiaskopické výkony, tak veškeré kvalitní skiagrafické výkony. Je určený pro skiaskopické vyšetření zejména v oblasti zažívacího traktu, urogenitálních vyšetření, břišní a pánevní, plicní a gastroenterologické a to včetně intervenčních výkonů a základních vasografických vyšetření. Současně dojde ke zvýšení prostupnosti (nárůst počtu vyšetření) a rozšíření nabídky poskytovaných služeb i pro mimo regionální pacienty.

Žadatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.					
Přístrojové zařízení:	skiaskopicko-skiagrafický komplet Chrudim					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%						
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS						
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad			20	20	0	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit	1		15	15	0	15
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR			15	15	0	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	25	40
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	NE					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	NE					

