



V Praze dne 11. listopadu 2020

Č.j.: MZDR 47754/2020/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. ŘÍJNA 2020

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: SPECT / CT - OBNOVA

Území (město/kraj): Chrudim / Pardubický kraj

Žadatel: *Nemocnice Pardubického kraje, a.s.*

Adresa: *Kyjevská 44, 532 03 Pardubice*

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 proti, 1 nehlasoval, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
předseda komise



Odůvodnění:

Důvodem obnovy je končící životnost stávajícího přístroje SPECT z r. 2010 a modernizace pracoviště. Hybridní přístroj SPECT/CT přinese nové technické vybavení, lepší kvalitu zobrazení, nový SW a umožní i snížení dávky radiofarmak aplikovaných pacientům.

SPECT/CT bude instalováno v Chrudimské nemocnici, na oddělení nukleární medicíny, na místě stávajícího zařízení.

Žadatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.					
Přístrojové zařízení:	SPECT/CT Chrudim					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	483	531				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	11,8					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přečtené ano	přečtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit	1		15	15	0	15
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	60	40
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

