



V Praze dne 11. listopadu 2020

Č.j.: MZDR 47754/2020/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. ŘÍJNA 2020

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT) - OBNOVA

Území (město/kraj): Prachatice / Jihočeský kraj

Žadatel: *Nemocnice Prachatice, a.s.*

Adresa: *Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice*

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 20 hlasů pro, 0 proti, 1 nehlasoval)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
předseda komise



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova stávajícího přístroje Toshiba Aquilion 64, uvedeného do provozu v roce 2009. Po jedenácti letech provozu je přístroj na hranici technické životnosti a z hlediska radiční dávky pro jednotlivá vyšetření na hranici morální životnosti.

Žadatel:	Nemocnice Prachatice, a.s.					
Přístrojové zařízení:	výpočetní tomografie (CT)					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	4 642	5 106				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	14,1					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR		1	15	15	0	15
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	40	60
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	NE					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	NE					

