



V Praze dne 11. listopadu 2020

Č.j.: MZDR 47754/2020/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. ŘÍJNA 2020

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj:* **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 1,5T) - OBNOVA / UPGRADE**

*Území (město/kraj):* Sokolov / Karlovarský kraj

*Žadatel:* **NEMOS SOKOLOV, s.r.o.**

*Adresa:* Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 20 hlasů pro, 0 proti, 1 nehlasoval)*

Podpis předsedy komise

.....  
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.  
předseda komise



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova - upgrade stávajícího přístroje MR Magnetom Avanto, Siemens z roku 2011 na Avanto FIT. Stávající MR je v havarijním stavu. Další opravy tohoto systému a udržování jeho příslušenství (cívky, helium, generátor RF, primární okruh chlazení, klimatizace,...) jsou, vzhledem k jeho stáří, nerentabilní. MR je morálně i fyzicky zastaralé, především v oblasti vyhodnovacího SW.

Žadatel:		NEMOS SOKOLOV, s.r.o.				
Přístrojové zařízení:		magnetická rezonance (MR) - upgrade				
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%		3 954	4 349			
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%		17749046	19 523 951			
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS		6,9				
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	75	25
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

