



V Praze dne 11. listopadu 2020

Č.j.: MZDR 47754/2020/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. ŘÍJNA 2020
(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: HYPERBARICKÉ KOMORY - OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: Ústav leteckého zdravotnictví Praha

Adresa: Generála Píky 1, 160 00 Praha 6

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 20 hlasů pro, 0 proti, 1 nehlasoval)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
předseda komise



Odůvodnění:

Záměrem žadatele je rekonstrukce a další provozování komplexu tlakových komor v budově Ústavu leteckého zdravotnictví ve Střešovicích v ulici U vojenské nemocnice v Praze 6. Umístění stávajícího i nového zařízení je ve vyhrazených prostorách určených pro letecko-lékařský výcvik příslušníků letectva AČR. Plánované využití je především pro výcvik pilotů Armády České republiky, ale i pro vojenský personál a civilní pacienty ze spádové oblasti v případech léčení akutních i chronických indikovaných stavů spojených s poruchami zásobování kyslíkem a následně též řešení akutních otrav kysličníkem uhelnatým ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy

Letecko-lékařský výcvik probíhá v budově Ústavu leteckého zdravotnictví ve Střešovicích. Zde jsou od roku 1964 provozovány tlakové komory, v nichž piloti AČR absolvují jednu z částí výcviku. Tyto komory jsou již za hranicí své životnosti, revize na jednotlivé části komor budou v dohledné době končit a už je nelze obnovit.

Žadatel:	Ústav leteckého zdravotnictví Praha					
Přístrojové zařízení:	hyperbarická komora (Praha 12+2 míst + podtlaková komora 6+1					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	3 504	3 854				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	1,2					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.			25	25	0	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit	1		15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR			15	15	0	0
Ne bude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	15	45
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	NE					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	NE					

