



V Praze dne 11. listopadu 2020

Č.j.: MZDR 47754/2020/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. ŘÍJNA 2020

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 1,5T) - OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní
nemocnice Praha

Adresa: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 20 hlasů pro, 0 proti, 1 nehlasoval)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu stávajícího 11 let starého přístroje. Současné hardwarové a softwarové vybavení přístroje již nesplňuje nynější standardy. Rizikem je též klesající spolehlivost přístroje a končící servisní podpora. Výhodou budou více diagnosticky výtěžné způsoby využití přístroje, možnost kratších vyšetřovacích časů a rozšíření vyšetřovacích metod o moderní zobrazovací algoritmy se zaměřením na onemocnění dutiny břišní, onemocnění CNS a onemocnění muskuloskeletálního aparátu. Pro urgentní stavy bude přístroj k dispozici v režimu 24/7. Nové zařízení bude instalováno ve stávajících prostorách.

Žadatel:

Ústřední vojenská nemocnice Praha

Přístrojové zařízení:

magnetická rezonance (MR 1,5T)

Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%

3 554 3 909

Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%

17749046 19 523 951

Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS

6,9

	ANO	NE	váha ano	váha ne	pře počte né ano	pře počte né ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit	1		15	15	0	15
Využití nové pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Ne bude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	65	35
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

