



V Praze dne 9. února 2021

Č.j.: MZDR 2447/2021/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 28. LEDNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

*Přístroj:* **BEZRÁMOVÁ NAVIGACE** - OBNOVA  
Území (město/kraj): Brno / Jihomoravský kraj


*Žadatel:* **Fakultní nemocnice Brno**

*Adresa:* Jihlavská 20, 625 00 Brno

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM  
předseda komise



Odůvodnění:

*Jedná se o obnovu stávajícího přístroje Treon S8, Medtronic, pořízeného v roce 2006.*

*U většiny plánovaných neurochirurgických operací (především tumorů mozku, ale i jiných patologií) je nezbytné použití navigace, která přesným cílením struktur dovoluje provést potřebný rozsah výkonu a snižuje množství komplikací.*

*Pro udržení vysoké kvality prováděných operačních zákroků je vysoce naléhavá obnova navigačního přístroje, která vedle vysoké bezpečnosti a přesnosti prováděných operací umožňuje zlepšit celkové výsledky onkologické terapie. Na stávající, morálně a technicky zastaralý přístroj již byla ukončena technická podpora od dodavatele.*

