



V Praze dne 9. února 2021

Č.j.: MZDR 2447/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 28. LEDNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **Parní a dezinfekční zařízení 2 - OBNOVA**

Území (město/kraj): Brno / Jihomoravský kraj

Žadatel: **Fakultní nemocnice Brno**

Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Brno

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu stávající přístroje DD 3500 2FD z roku 1990 ve stejném místě a provozovaného stejným poskytovatelem.

Přístroj je v současné době již bez možnosti pořízení náhradních dílů, jeho provoz je udržován na hranici možností. Pořízením nového zařízení se nám podaří udržet kvalitu dezinfekce lůžek a jejich příslušenství na vysoké úrovni. Hygienické ošetření celého nemocničního lůžka hraje významnou roli v prevenci nozokomiálních nákaz ve FN Brno a je možné ji využít i pro externí zákazníky. Realizace dezinfekce v parním dezinfekčním a mycím zařízení je v případě lůžek vždy precizní a nelze jej nikdy dosáhnout ručním provedením.

