



V Praze dne 9. února 2021

Č.j.: MZDR 2447/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 28. LEDNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **RTG multifunkční komplet s C-ramenem - OBNOVA**

Území (město/kraj): Brno / Jihomoravský kraj

Žadatel: **Fakultní nemocnice Brno**

Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Brno

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu identického přístroje z roku 2010 ve stejném místě a provozovaného stejným poskytovatelem.

Přístroj slouží k provádění skiaskopických a specializovaných radiologických nevasculárních intervenčních výkonů, plánovaná životnost přístroje je 10 let. Vzhledem k překročení plánované životnosti přístroje a tím jeho technické a morální zastaralosti, je jeho nahrazení přístrojem novým podmínkou pro zajištění dostupnosti a bezpečného provádění uvedených výkonů v následujících letech.

