



V Praze dne 9. února 2021

Č.j.: MZDR 2447/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 28. LEDNA 2021
(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **Angiografický RTG přístroj - OBNOVA**
Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Fakultní nemocnice Bulovka**

Adresa: **Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň**

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu stávajícího přístroje, který je v provozu od roku 2010 a je již na hraně své životnosti. Výrobce a zejména odbornou společností je doporučena životnost 8 let. U přístroje dochází k častým poruchám a celkové zobrazovací možnosti již nedosahují dnešních standardů.

