



V Praze dne 9. února 2021

Č.j.: MZDR 2447/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 28. LEDNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: **Skiagraficko-skiaskopický RTG přístroj**

(ortopedie) - OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Fakultní nemocnice Bulovka**

Adresa: **Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň**

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Stávající přístroj je v provozu od roku 2006 a je technicky i morálně zastaralý. Je nutné jej nahradit, aby byla zachována kapacita RTG snímkování ortopedické kliniky, urgentního příjmu a ARO.

Nový přístroj bude navíc vybaven 3D technologií vhodnou zejména pro traumatologické snímkování. Část pacientů tak nebude nutné vyšetřovat na CT. Nový přístroj v pavilonu ortopedie bude sloužit rovněž jako záložní kapacita při poruše jiného skiagrafického RTG v nemocnici, zejména pak při poruše centrálního skiagrafického rentgenu.

