



V Praze dne 9. února 2021

Č.j.: MZDR 2447/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 28. LEDNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: Angiografický elektrofyziologický systém - OBNOVA

Území (město/kraj): Olomouc / Olomoucký kraj

Žadatel: *Fakultní nemocnice Olomouc*

Adresa: *I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc*

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Stávající angiografický systém pro elektrofyziologii je za hranicí své fyzické i morální životnosti. Současně používaný a dosluhující přístroj Integris Allura Xper FD10 byl pořízen v roce 2010. Servisní podpora skončila v roce 2020.

Historické technologie stávajícího RTG systému znamenají vyšší zátěž RTG záření jak pro personál, tak pro pacienta a snižují bezpečnost a efektivitu výkonů. Současný stav je z dlouhodobého hlediska poskytování specializované zdravotní péče neudržitelný a obnova přístroje pro provoz tohoto specializovaného pracoviště je nezbytná. Pořízení nové zdravotnické techniky je součástí modernizace přístrojového vybavení I. Interní kardiologické kliniky FN Olomouc.

