



V Praze dne 9. února 2021

Č.j.: MZDR 2447/2021/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 28. LEDNA 2021

(HLASOVÁNÍ „PER ROLLAM“)

Přístroj: Výpočetní tomografie (CT) - OBNOVA

Území (město/kraj): Brno / Jihomoravský kraj

Žadatel: Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno

Adresa: Pekařská 53, 625 91 Brno

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu stávajícího přístroje LightSpeed VCT, pořízeného v roce 2006.

Stávající přístroj je za hranicí životnosti a nespĺňuje již požadavky na kvalitu produkovaných snímků. Ta výrazně zaostává za současnými moderními CT přístroji, čímž se snižuje možnost kvalitní diagnostiky. Pořízením nového přístroje by se významně zvýšila kvalita zobrazení, množství informací a tím i diagnostická výtěžnost snímků. Dalším neméně důležitým faktorem je snížení radiační zátěže na pacienty. V případě vyřazení stávajícího přístroje by bylo nutné převést veškerá plánovaná, ale i akutní vyšetření na druhý přístroj. Tím by došlo ke zhoršení dostupnosti lékařské péče a neúměrnému prodloužení čekací doby. Na provoz Kliniky zobrazovacích metod je navázána i činnost ostatních klinik, a proto by mohlo dojít k ovlivnění i jejich provozu. Specializovaná neurocentra nemocnice jsou plně navázána na CT vyšetření.

Nový CT přístroj by současně dopomohl udržet status fakultní nemocnice vzhledem k požadavkům lékařské fakulty na vědeckou a publikační činnost.

